
Braintree


マウステールイルミネータ MTI STD 簡易取扱説明書

マウステールイルミネータは、マウスの尾を固定しランプの照明で温め、尾静脈への薬液注入や採血を円滑にします。

1. マウスホルダーの固定具をネジを緩めて外します。


ネジを緩めて白い固定具を横にスライドさせると外れます。






2. マウスホルダー手前の仕切板をネジを緩めて外します。


ネジを緩めて仕切り板を上にスライドさせると外れます。






3. マウスの尾を持ってホルダーの中にマウスを入れます。


尾を手前の仕切板に通します。






4. 2で外した仕切板を上から挿入します。


仕切板をネジで固定します。この時、尾は引っ張ったままにしておきます。






5. 1で外したマウス固定具を装着し、動かないように固定します。


尾を引っ張ったままで、動けないよう顔の前に固定具をスライドさせてネジで固定します。





6. 尾を引っ張りながら、ランプのスリットに尾を差し込みます。

尾が温まると血管が拡張するので、尾静脈への薬液注入や採血がやりやすくなります。尾は手で引っ張ったまま処置します。





バイオリサーチセンター株式会社 www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本　　社	〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F	TEL 052-932-6421	FAX 052-932-6755
東京支店	〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F	TEL 03-3861-7021	FAX 03-3861-7022
大阪営業所	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F	TEL 06-6305-2130	FAX 06-6305-2132
福岡営業所	〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F	TEL 092-626-7211	FAX 092-626-7315
仙台営業所	〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル 208	TEL 022-290-9352	FAX 022-290-9353